

温 浴 療 法 の 新 領 域

カーボメディカ Carbomedica®

気泡浴装置(温浴療法用装置)に炭酸浴機能をプラスした、
新しいタイプの温浴装置です。



- 設置のための工事は必要ありません。
- 広い設置スペースは不要です。
- お手持ちの容器・浴槽でお使いいただけます。

カーボメディカ®の使用法

「炭酸浴機能を使う場合」



コンセントを差し込み、用意した湯入りの容器に付属ホースを2本とも入れて下さい。



切替スイッチを炭酸泉側にし、電源スイッチを入れて湯量に応じてタイマーを設定後、運転スイッチを押して下さい。



タイマーが切れたら、ホースを容器から引き上げ水が洩れないようにカプラーをはめて下さい。



足を数分間浸けてください。

「気泡浴機能を使う場合」



コンセントを差し込み、用意した湯入りの容器に付属の散気板を入れて下さい。



切替スイッチを気泡浴側にして、電源スイッチを入れて下さい。



下肢を数分間浸けてください。
※全身浴槽でも使用可能です。

効能・効果※

1. 疲労回復
2. 血行を良くする
3. 筋肉の疲れをとる
4. 筋肉のこりをほぐす
5. 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

※気泡浴機能(温浴療法用装置)

仕様

	炭酸浴機能	気泡浴機能
型 式	MRC-SPA-MD	
能 力	循環流量	風量
	5L/min×0.1MPa	80L/min×0.01MPa
消 費 電 流	1A以下	3A
安 全 装 置	・漏電防止 ・過電流防止 ・ポンプ空転防止・ポンプ過電流防止 ・逆流防止 ・ポンプ過負荷防止・水温異常防止 ・フィルター/膜交換サイン	
電 源	AC100V(50/60Hz)	
本 体 寸 法	350mmW×300mmD×400mmH(突起部含まず)	
散 気 板 寸 法	250mm×300mm×13mm	
本体質量(乾燥)	19kg	

(本仕様は改善のため、予告なしに変更することがあります。)

付属品

- ① 循環ホース(往)×1
循環ホース(復)×1
- ② 圧力調整用
レギュレーター
- ③ 炭酸ガス用チューブ
- ④ 気泡用ホース
- ⑤ 散気板



▲ 注意

- 炭酸浴機能と気泡浴機能の併用はおやめ下さい。
- 湯温、浸漬時間の設定は医師の指示に従って下さい。
- 炭酸ガスボンベはお客様のご手配となります。お近くのガス取扱い業者よりお買い求め下さい。
- 炭酸泉は弱酸性なので、浴槽などの接水する品物はSUS304製または耐酸性のある樹脂製のものを使用してください。
- 本装置の使用については取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。

発売元

三菱レイヨン・グリーンズ株式会社

メディカル事業部

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル8階
TEL: 03-3669-4753(直通) FAX: 03-3669-4758

製造・販売業者 テクノ・モリオカ株式会社(製造業許可番号06BZ6005)

取扱店